

Link do produktu: <https://www.e-largo.com.pl/sterling-profesjonalne-kopytko-sonda-podologiczna-st-12483-p-3030.html>

STERLING Profesjonalne kopytko-sonda podologiczna (ST-12483)

Cena	29,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5907652010164
Producent	Sterling

Opis produktu

Sonda podologiczna Sterling jest narzędziem dla profesjonalistów. Wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej. Stosowana do czyszczenia wałów paznokciowych stóp oraz do aplikowania tamponady. Sonda jest niezbędnym narzędziem w pracy podologa. Antypoślizgowa rączka zapewnia komfort i wygodę pracy.

Wymiary części roboczej:

- długość: 7 mm,
- szerokość: 1 mm

Produkty Sterling zostały stworzone z myślą o profesjonalistach branży kosmetycznej i fryzjerskiej. Zaprojektowaliśmy je w taki sposób, aby każdy znalazł narzędzie w pełni odpowiadające jego potrzebom. Wszystkie nasze produkty zostały wykonane z wysokowęglowej stali nierdzewnej, odpornej na korozję. Charakteryzują się ergonomicznym kształtem, precyzyjnym wykonaniem a dodatkowym atutem jest to, że każdy szczegół zaprojektowany został z udziałem profesjonalistów aby używanie narzędzi było wygodne i efektywne. Produkty Sterling gwarantują precyzję cięcia, trwałość, niezawodność oraz wygodę i łatwość użytkowania.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI NARZĘDZI

- Nie należy uderzać ani narażać narzędzi na kontakt z twardymi powierzchniami, ponieważ grozi to uszkodzeniem krawędzi tnących
- Narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu
- Narzędzia należy przechowywać ostrzami skierowanymi do góry w specjalistycznych, przeznaczonych do tego opakowaniach
- W celu ochrony powierzchni tnących nie należy sterylizować narzędzi nieoczyszczonych bądź mokrych ponieważ powoduje to ich rdzewienie

ZALECENIA DOTYCZĄCE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI NARZĘDZI

- Do dezynfekcji narzędzi należy stosować wyłącznie produkty do tego przeznaczone
- Nie należy przekraczać maksymalnego czasu oraz temperatury podczas procesu sterylizacji. Może przyczynić się to do spadku odporności narzędzi na korozję
- Po procesie sterylizacji należy pozostawić narzędzia w urządzeniu do momentu ich całkowitego ostygnięcia przez minimum godzinę. W przypadku nie przestrzegania tych zaleceń jakość stali z której wykonane są narzędzia może się pogorszyć co wiąże się z częstszą potrzebą ich ostrzenia.